МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ Y-КВАНТОВ И НЕЙТРАЛЬНЫХ РЕЗОНАНСОВ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЧЕРЕНКОВСКОГО Y-СПЕКТРОМЕТРА

> Выполнил: Анисимов А.Б. Шифр: ЭД – 071213 Группа: ЭД – 1 –07 Руководитель производственного обучения: кандидат физико-математических наук Абраамян Х.У.



### План доклада

- Многоканальный черенковский спектрометр полного поглощения (ү-спектрометр);
- Модуль ү-спектрометра
- Высоковольтный делитель для ФЭУ-49Б
- Измерение энергий ү-квантов и электронов

Анисимов А.Б.

Метод регистрации нейтральных резонансов в наших экспериментах основан на регистрации двух У-квантов продуктов распада резонансов. Идентификация резонанса осуществляется путем выделения пика в спектре эффективных масс двух У-квантов после вычитания фона. Таким образом, основные задачи при регистрации нейтральных резонансов заключаются в достаточно точных измерениях энергий и углов вылета ү-квантов и в точном определении комбинаторного фона.

 Эксперименты выполнены на многоканальном черенковском
**ү**-спектрометре Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ. Авторы создания установки – Хачатурян М.Н., Малахов А.И и др. Схема установки показана на рис. 1.



Рис. 1. Схематический чертеж установки ФОТОН-2 в экспериментах на внутренних пучках Нуклотрона. С1, С2 - **ү**-спектрометры из свинцового стекла, S1, S2 – сцинтилляционные счетчики.

Основным элементом установки является многоканальная система черенковских спектрометров полного поглощения для измерения энергий У-квантов и электронов. Черенковский спектрометр состоит из идентичных модулей. Схема отдельного модуля Y-спектрометра приведена на рис. 2. Модуль черенковского У-спектрометра представляет собой самостоятельный прибор, изолированный с помощью непрозрачной пластмассы толщиной 0.5 мм. Радиатор модуля изготовлен из оптического стекла марки ТФ-1 высокой прозрачности и имеет форму шестигранной призмы высотой 35 см (14 рад. ед.) и основанием с диаметром вписанной окружности 17.5 см.



Рис. 2. Схема отдельного модуля черенковского Y-спектрометра.

Размеры модуля:	
а) сечение	гексагональное; радиус вписанной окружности 9 см
б) длина	35 см = 14 рад. ед.
Пространственное разрешение	3.5 CM
Угловое разрешение при расстоянии между мишенью и детектором 300 см	0.7°
Энергетическое разрешение при попадании в центр модуля	≈(3.9·Е <sup>-1/2</sup> + 0.3)%, Е в ГэВ
Энергетическое разрешение, усредненное по площади спектрометра	≈(6.8·Е <sup>-1/2</sup> )%, Е в ГэВ
Стабильность коэффициента усиления	1 ÷ 2 %
Динамический диапазон	50 МэВ ÷ 6 ГэВ
Энергия, выделяемая заряженной частицей в спектрометре	384 МэВ в электронных эквивалентах

## Характеристики стекла ТФ-1

Параметр	Величина
Рад. единица длины, см	2.5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	3.86
Коэффициент преломления	1.64
Критическая энергия, МэВ	15
Прозрачность, см <sup>-1</sup> (при λ = 6000 Å)	0.001

### Высоковольтный делитель для ФЭУ-49Б



Рис. 3.1Схема высоковольтного делителя для ФЭУ-49Б



 Рис. 3.2 Модифицированная схема высоковольтного делителя для ФЭУ-49Б.

- Данный делитель был собран и испытан.
- 1) Собран стенд для тестирования делителей.
- 2) Подано высокое напряжение на вход V=1kV.
- 3) Снят градиент и занесена его величина в таблицу.
- 4) Произведены необходимые расчеты
- 5) Подано высокое напряжение величиной V=2kV
- 6) Снят градиент и занесена его величина в таблицу
- 7) Произведены необходимые расчеты
- 8) Подано высокое напряжение V=2,2kV
- 9) Произведены необходимые расчеты
- В результате оказалось, что все характеристики удовлетворяют требованиям. Также были произведены испытания высоковольтного делителя на стенде с βисточником. На осциллографе OS-150 был получен импульс рис. 5.



• Рис. 5. Импульс, полученный при испытаниях с β-источником

# Энергетическая реконструкция амплитуд в модулях

 Амплитудный анализ сигналов в модулях ү-спектрометра проводился в пределах 512 каналов. Амплитудный спектр (распределение по номеру канала) в одном из модулей ү-спектрометра приведен на рис. 4. На рис. 5. показан спектр амплитуд от световых импульсов, генерируемых ачастицами радиоизотопа <sup>241</sup> Ат в кристалле Nal. Энергетический эквивалент (в единицах энергии электронов) указанных импульсов для каждого модуля был определен в результате калибровки. Энергия в модуле определялась по формуле:

$$E_i(A_i) = \frac{A_i - \Pi_i}{A_{\alpha i} - \Pi_i} E_{\alpha i}^{\mathcal{H}}$$



 Рис. 4. Амплитудный спектр в модуле N25 в реакции р + С → ү + ү + х при импульсе Р<sub>р</sub> = 5.5 ГэВ/с. Эксперимент на внутреннем пучке Нуклотрона ОИЯИ (рис.1).



Рис. 5. Амплитудный спектр в модуле N25 от а-источника. Над стрелкой указан энергетический эквивалент, определенный в калибровке на пучке дейтронов с импульсом 1,5 ГэВ/с на нуклон.

## Определение энергий үквантов

 Энергия ү-квантов определялась как сумма амплитуд в модулях кластера, составленного из одного, двух или трех смежных модулей.
Энергетические спектры ү-квантов с различным числом сработавших модулей в кластере представлены на рис. 6.



 Рис. 6. Распределения по энергии всех ү-квантов (темные кружки) и ү-квантов, зарегистрированных только в одном модуле үспектрометра.

### Заключение

- На внутренних пучках Нуклотрона проведены эксперименты по рождению нейтральных резонансов и γ-квантов в протон-ядерных и ядроядерных взаимодействиях с применением многоканального черенковского γ-спектрометра из свинцового стекла.
- 2. В настоящее время ведется модернизация регистрирующей аппаратуры, в частности высоковольтных делителей для ФЭУ-49Б.

В заключении хочу выразить благодарность своему научному руководителю Абраамяну Х.У. и наставнику Елишеву А.Ф.

# Спасибо за внимание!

### Обработка и анализ данных

Эксперименты проводились на внутренних пучках Нуклотрона ОИЯИ. Модули ү-спектрометра были собраны в два плеча по 16 модулей в каждом плече. Центры поверхностей годоскопов у-спектрометра расположены на расстоянии 300 см от мишени, под углами 25.6° и 28.6° относительно направления пучка. Телесный угол ү-спектрометра составляет 0.094 стерад. (по 0.047 стерад. для каждого плеча). Внутренней мишенью служили вращающиеся проволоки, расположенные внутри вакуумного провода ускорителя: 8 углеродных проволок с диаметром каждой проволоки 8 микрон и медная проволока диаметром 20 микрон.

• Для увеличения эффективности регистрации высокоэнергетических п-мезонов (в том числе подпороговых, т.е. п-мезонов, рождение которых запрещено законами сохранения для нуклоннуклонных столкновений) детекторы внутри годоскопов у-спектрометра также были разделены на группы, по 8 модулей в каждой группе. Сигналы в группе линейно суммировались и поступали на входы дискриминаторов. Запуск установки производился при совпадении сигналов от двух и более групп детекторов в различных плечах: (D<sub>1</sub> + D<sub>2</sub>)×(D<sub>3</sub> + D<sub>4</sub>). Эффективность регистрации пар үү в зависимости от их инвариантной массы при порогах дискриминаторов D<sub>i</sub> ≈ 0.4 ГэВ (i = 1, 2, 3, 4) приведена на рис. 5.

#### Блок-схема электронной аппаратуры



Abraamyan Kh.U. et all.



Рис. 7. Отношение числа пар үү удовлетворяющих условиям триггера и прошедших отбор (N<sub>ү</sub> = 2, E<sub>ү</sub> ≥ 100 МэВ) к числу пар үү попадающих в установку.

### Эксперименты на Нуклотроне: $p,d+C \rightarrow \gamma+\gamma+X$ , P=5.5 ГэВ/с.



Абраамян Х.У. и др.

# Распределения по инвариантной массе пар үү до и после вычитания фона в реакциях d+C (лев.) и p+C (прав.).



15.10.2010

Абраамян Х.У. и др.